

MityOne[®]

Mity 分娩用吸引カップ



CooperSurgical[®]

MityOne®



Mity 分娩用吸引|カップ

児頭への負荷を最小限に
様々な手の大きさに対応した直感的な操作^{3,4}




カップは90度まで屈曲
スムーズな挿入^{2,3}

短いステムが特徴
カップ脱落リスク低減




58cmHgの
リミッターゲージ付^{1,3}



1. Ali UA, Norwitz ER. Vacuum-assisted vaginal delivery. Rev Obstet Gynecol. 2009;2(1):5-17
2. Bofill JA, et al. A randomized trial of two vacuum extraction techniques. Reviews in Obstetrics and Gynaecology. 1997; 80(5, Part 1):643-797
3. 10067 MityOne® M-Style® Mushroom® Cup Instructions for Use. Trumbull, CT: CooperSurgical; April 2018,
4. Greenberg, James, MD. Procedure for Vacuum Assisted Vaginal Birth. In: UpToDate, Connor RF (ED), Wolters Kluwer. October 2023.

MityOne®

Mity分娩用吸引カップ



品番	製品名	JANコード	販売単位（個/箱）
10007LP	MityVac	0888937003048	12
10022	MityVac ハンドポンプ	0888937003147	1
10057	Mystic II	0888937003109	12
10067	MityOne	0888937003123	12

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

次のような状態が認められる場合、吸引を開始しないこと。
胎児に障害が発生するおそれがある。

- 1.胎児が非頭位(骨盤位または横位)、顔位または額位の状態である場合
- 2.児頭骨盤不均衡の可能性がある場合
- 3.頭皮採血を実施した場合
- 4.巨大児の可能性があり、または肩甲難産のおそれがある場合
- 5.吸引分娩または鉗子分娩が失敗した場合
- 6.妊娠34 週未満である場合

販売名 Mity分娩用吸引カップ
認証番号 305ADBZX00097000
一般的名称 手動式分娩用吸引器

製造販売元
クーバーサージカル・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市中区日本大通11
横浜情報文化センター4F



東日本販売元

株式会社 東機貿

〒140-0002
東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス 3階
tel.03-5762-7312 (fax.7313)
受注センター tel.0120-956-629 (fax.648)

<http://www.tokibo.co.jp>

西日本販売元

原田三誠メディカルサプライ 株式会社

〒564-0032
大阪府吹田市市内本町3-26-29
tel.06-6318-2318 fax.06-6318-2317
URL <http://www.hsms.co.jp>

A Group of HARADA CORPORATION